Oticon
Genie 2

Report di adattamento


Informazioni cliente

Audioprotesista		Nome	
Data sessione	07/08/2026	Data di nascita	
Numero cliente	G00003	Età	

Audiogramma


Orecchio destro

Audiogramma tradizionale



Orecchio sinistro

Audiogramma tradizionale



Impostazioni dell'apparecchio acustico

(D) Personalizzazione

Esperienza	Nessuna

(S) Personalizzazione

Esperienza	Nessuna

(D) Intent 1 miniRITE (100)

Numero di serie	
Versione Firmware	1.4.0
Numero di serie del ricevitore	
Tipo batteria	13
Fitted OSPL90 peak	114 dB SPL (2cc)

(S) Intent 1 miniRITE (100)

Numero di serie	
Versione Firmware	1.4.0
Numero di serie del ricevitore	
Tipo batteria	13
Fitted OSPL90 peak	114 dB SPL (2cc)

Report di adattamento

Audioprotesista		Numero cliente	G00003
Data sessione	07/08/2026	Nome	U

(D) Parametri acustici

Auricolare	MicroShell Detect
Ventilazione	Small 0,8 mm
Lunghezza del ricevitore	2

(S) Parametri acustici

Auricolare	MicroShell Detect
Ventilazione	1,0 mm (collect)
Lunghezza del ricevitore	2

(D) Pulsanti

Controllo del volume	Off
Cambio programma	On
Spegnimento	On
Controlli chiamata	On
Ricorda impostazioni del volume	Off
Comandi Auracast™	On
Intervallo volume	Da -20 dB a +10 dB

(S) Pulsanti

Controllo del volume	Off
Cambio programma	On
Spegnimento	On
Controlli chiamata	On
Ricorda impostazioni del volume	Off
Comandi Auracast™	On
Intervallo volume	Da -20 dB a +10 dB

(D) Tocchi

Controlli chiamata	On

(S) Tocchi

Controlli chiamata	On

(D) Configurazione apparecchio

Fase di adattamento	3
Bobina	Sì
Margine di feedback	Analizzati
Binaural broadband	On

(S) Configurazione apparecchio

Fase di adattamento	3
Bobina	Sì
Margine di feedback	Analizzati
Binaural broadband	On

(D) Data logging

Logging	On

(S) Data logging

Logging	On

(D) **P4: Generale (VAC+)**

	125	250	500	625	750	1k	1,1	1,25	1,4	1,5	1,7	1,85	2k	2,3	2,6	3k	3,5	4k	4,5	5k	5,5	6k	7k	8k
MPO	85	95	105	112	113	113	115	116	116	117	118	118	119	120	123	124	120	115	112	111	109	110	112	116
Forti	2	7	10	12	15	20	24	27	29	32	34	33	33	35	36	38	37	37	37	37	35	35	35	34
Moderati	5	12	17	18	22	26	30	35	37	40	43	42	42	44	43	41	41	41	41	40	40	40	39	36
Deboli	10	18	23	25	30	35	39	41	43	45	48	49	50	50	48	42	41	41	41	40	40	41	39	36
RC	1,7	1,7	1,9	1,7	1,9	1,7	1,7	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	1,9	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	1,4	1,2
RC	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8	1,4	1,5	1,4	1,5	2,0	2,6	1,9	1,7	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0


(S) **P4: Generale (VAC+)**

	125	250	500	625	750	1k	1,1	1,25	1,4	1,5	1,7	1,85	2k	2,3	2,6	3k	3,5	4k	4,5	5k	5,5	6k	7k	8k
MPO	85	96	105	113	114	114	116	117	117	118	119	119	120	121	124	125	121	116	113	110	108	109	101	105
Forti	2	9	13	15	16	18	16	19	22	21	23	25	26	28	31	32	33	33	33	31	31	30	20	19
Moderati	6	15	20	21	22	24	22	26	29	28	32	33	34	37	39	39	39	39	39	36	37	36	26	23
Deboli	14	24	28	30	31	33	32	35	37	36	39	40	42	43	44	42	42	42	42	38	39	40	31	27
RC	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	2,5	2,1	2,1	2,5	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,4
RC	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	2,0	1,8	1,7	1,8	1,9	2,0	2,6	1,9	1,7	1,4	1,4	1,5	1,5	1,3	1,3	2,3	3,5	3,0


Report di adattamento

Audioprotesista		Numero cliente	G00003
Data sessione	07/08/2026	Nome	

(D) P4: Generale (VAC+)



(S) P4: Generale (VAC+)



(D) P4: Generale (VAC+)

Gestione del feedback	Normale
Riserva di guadagno	10 dB
SuddenSound Stabilizer	Media
Wind & Handling Stabilizer	On
Spatial Noise Management	On
Soppressione del rumore neurale	On
Soppressione del rumore neurale - Semplice	2 dB
Soppressione del rumore neurale - Difficile	8 dB
Direzionalità	Neural Automatic
Classificatore d'ambiente	Moderato (in Difficile)
Orecchio Esterno Virtuale	Bilanciato

(S) P4: Generale (VAC+)

Gestione del feedback	Normale
Riserva di guadagno	10 dB
SuddenSound Stabilizer	Media
Wind & Handling Stabilizer	On
Spatial Noise Management	On
Soppressione del rumore neurale	On
Soppressione del rumore neurale - Semplice	2 dB
Soppressione del rumore neurale - Difficile	8 dB
Direzionalità	Neural Automatic
Classificatore d'ambiente	Moderato (in Difficile)
Orecchio Esterno Virtuale	Bilanciato

Oticon
Genie 2

Report di adattamento

Audioprotesista		Numero cliente	G00003
Data sessione	07/08/2026	Nome	

Sound Enhancer	Bilanciato	Sound Enhancer	Bilanciato
Sensor technology	On	Sensor technology	On
Suono di Tinnitus	Off	Suono di Tinnitus	Off
Speech Rescue	Off	Speech Rescue	Off